



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 25.05.2023r.

HK.9022.1.223.2023.AZ.2

KOMUNIKAT NR 8/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej do miejscowości Kamień (gm. Szemud) dla strefy zaopatrującej w wodę
ulice: H. Sienkiewicza, Gdańska, W. Reymonta, B. Leśmiana, Lipowa**

W dniu 25.05.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej do miejscowości Kamień (gm. Szemud) dla strefy zaopatrującej w wodę ww. ulice ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków


Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu

- **Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,**
- **Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,**
- **Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
z up. 
Barbara Hewelt
Kierownik Sekcji Przeciwpidemicznej